

SCHEDA TECNICA**NOME PRODOTTO: ACQUA BIDISTILLATA****CODICE PRODOTTO: ACQU00535000****DATI ANALITICI**

C / I	DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U.M.	METODO ANALITICO
I	COMPOSIZIONE	acqua ottenuta con impianto di trattamento acque liquido limpido incolore privo di sostanze in sospensione.	MASSIMO	10,0 6,25	+/- 1,25		
I	CARATT.CHIMICO-FISICHE						
C C	CONDUCIBILITA' (microS/cm) PH, a 20°C						

C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00001 DEL 27/08/2013

BRENNTAG s.p.a.Sede Legale e amministrativa
Via Cusago, 150/4
20153 Milano
Tel. 02 48333.0 (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.
R.E.A. MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Uffici Commerciali:

Milano - Via Cusago, 150/4
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 0248333.201
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.661
Levate (BG) - Via S. Carlo Borromeo
Tel.035 409611 - Fax 035 594761Bentivoglio (BO) - Via Galliera, 6/2
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488
Alpo di Villafranca (VR) - Via Dosdegà,65
Tel.045 986844 - Fax 045 987653
Orbassano (TO) - Via Bertone,6
Tel.011 9626511 - Fax 011 9650291
Ossona (MI) - Via Toscanini,6
Tel.02 9032281 - Fax 02 90322814Società con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag AG