THERATEST

Test Diagnostico Parvo-Corona-Giardia Theratest

Esclusivamente per uso veterinario

Descrizione

Il kit per la diagnosi rapida THERATEST PCG (***Parvovirus canino***, ***Coronavirus canino*** e ***Giardia***), si basa sulla tecnica immunocromatografica ed è pensato per l'accertamento rapido e qualitativo degli antigeni di Parvovirus canino, Coronavirus canino e Giardia nelle feci di cane e gatto.
Il test si compone di tre zone separate: una per l'accertamento dell'antigene di Parvovirus canino, un'altra per l'accertamento dell'antigene di Coronavirus canino e un'altra per l'accertamento dell'antigene di Giardia. Ogni zona ha un pozzetto arrotondato dove si inserisce il campione e una zona di risultati contenente la linea T (linea di test) e la linea C (linea di controllo). Una volta inserito il campione nel pozzetto, si produce la migrazione per capillarità lungo la membrana. Se il risultato è negativo, comparirà un'unica fascia di colore porpora nella zona C. La fascia nella zona C compare sempre, dato che si tratta di una fascia di controllo e che indica la corretta esecuzione del test. Se il risultato è positivo, oltre alla fascia C, comparirà una fascia porpora anche nella zona di test (linea T).

Materiali forniti

1 - Test confezionati singolarmente in buste di alluminio.
2 - Fiale per la raccolta dei campioni contenenti diluente.
3 - Tamponi per il prelievo dei campioni.
4 - Pipette usa e getta per dosare il campione.
5 - Istruzioni d' uso.

Precauzioni

1 - Esclusivamente per uso veterinario.
2 - Per un risultato ottimale seguire attentamente le istruzioni di utilizzo .
3 - Tutti i campioni devono essere manipolati come potenzialmente infettivi. Lavare e disinfettare le mani dopo la manipolazione. Evitare la formazione di aerosol quando si distribuisce il campione.
4 - Non aprire o estrarre il test dal suo sacchetto di alluminio individuale fino a quando non sarà effettivamente utilizzato.
5 - Non usare il test se l'involucro è rotto o danneggiato.
6 - Non riutilizzare.
7 - Tutti i componenti del test devono trovarsi a temperatura ambiente prima di utilizzarlo.
8 - Non utilizzare dopo la data di scadenza stampata sulla scatola e il contenitore in alluminio.
9 - La qualità dei componenti del kit è stata tarata in modo specifico per ogni lotto. Non mischiare con altri componenti o reattivi provenienti da lotti diversi.

Conservazione e stabilità

Il kit deve essere conservato ad una temperatura tra i 2° e i 30°C. Nel rispetto di queste condizioni, viene garantita la stabilità fino alla data di scadenza stampata sulla scatola e sul contenitore individuale.

Il kit è stato progettato per essere conservato a temperatura ambiente. Anche se può essere conservato in frigorifero, si raccomanda di farlo a temperatura ambiente, per evitare di dovere aspettare che i reagenti raggiungano la temperatura ambiente, necessaria al loro utilizzo.

NON CONGELARE. Non esporre direttamente alla luce solare per un periodo di tempo prolungato.

Raccolta e preparazione del campione

Il test può essere eseguito su feci di cane o di gatto
Prelevare una piccola quantità di feci (vedere disegno accluso). Il campione può essere prelevato direttamente dalle pareti dell'ano, con l'aiuto del tampone, cercando di prenderne la quantità adeguata ad eseguire il test.
I campioni devono essere analizzati immediatamente dopo la loro raccolta.
Volume di campione:



Poco Buono Eccessivo

urano vet

Prodotto da: **Urano Vet SL**
N° autorizzazione: HCMR-0138
Avinguda Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses - Barcelona (Spain)

THERATEST

Distribuito da: **BIOFORLIFE ITALIA SRL**
Via Puccini 1, 20121 - Milano (Italia)
T. 02878298

Istruzioni di uso

1 – Prelevare i campioni di feci utilizzando il tampone fornito con il test, come descritto nella sezione precedente. Raccogliere i campioni di feci utilizzando 2 tamponi (uno per la determinazione di Giardia e un altro per la determinazione di Parvovirus-Coronavirus).
2 – Introdurre il primo tampone nella provetta contenente il diluente per la determinazione di Parvovirus e Coronavirus (diluente con tappo blu e identificato con la didascalia "dil. Parvo-Corona") e mescolare bene per 10 secondi. Se sono presenti particelle spesse nel campione, attendere 1-3 minuti fino alla completa sedimentazione del campione diluito.
3 – Introdurre il secondo tampone nella provetta contenente il diluente per la determinazione di Giardia (diluente con tappo giallo e identificato con la didascalia "dil. Giardia") e mescolare bene per 10 secondi. Se nel campione sono presenti particelle spesse, attendere 1-3 minuti fino alla completa sedimentazione del campione diluito.
4 – Estrarre il test dall'involucro di alluminio e posizionarlo su una superficie piana e asciutta.
5 - Utilizzando una delle pipette monouso fornite, prelevare il surnatante del campione diluito nella provetta per Parvovirus-Coronavirus (diluente con tappo blu e identificato con la didascalia "dil. Parvo-Corona ").
6 – Aggiungere lentamente 4 gocce del surnatante del campione diluito nel pozzetto corrispondente alla determinazione del Parvovirus, identificato come Parvo. Il campione deve essere aggiunto lentamente, goccia a goccia e in modo preciso.
7 - Ripetere la procedura sopra descritta aggiungendo 4 gocce del surnatante del campione nel pozzetto corrispondente alla determinazione del Coronavirus, identificato come Corona.
8 - Usando l'altra pipetta monouso fornita, prelevare il surnatante del campione diluito nella provetta per Giardia (diluente con cappuccio giallo identificato con la didascalia "dil. Giardia "). Aggiungere 4 gocce del surnatante del campione diluito nel pozzetto corrispondente alla determinazione di Giardia. Il campione deve essere aggiunto lentamente, goccia a goccia e in modo preciso.
9 - Quando il test inizia a funzionare, si noterà il campione fluire attraverso la finestra dei risultati situata al centro del test. Se la migrazione non è iniziata dopo 1 minuto, aggiungere una goccia in più del campione diluito contenuto nella provetta.



Interpretazione dei risultati

1 - Risultato negativo
Presenza di un'unica fascia di colore porpora (fascia di controllo C) nella finestra dei risultati, tanto nella zona di determinazione di Parvovirus, quanto in quella di determinazione di Coronavirus e in quella di Giardia.



2 - Risultato positivo
Presenza di due fasce di colore porpora (T e C) nella finestra dei risultati.

Positivo a *Parvovirus*



Positivo a *Coronavirus*



Positivo a *Giardia*



3 - Risultato non valido
Se la fascia C non appare, il risultato deve essere considerato non valido. Ciò può accadere se non vengono seguite accuratamente le istruzioni e/o viene utilizzato un test deteriorato.





limitazioni del test

Nonostante il kit diagnostico PARVO CORONA THERATEST abbia un'elevata sensibilità e specificità, non si può escludere una piccola incidenza di risultati falsi positivi o negativi.

Ugualmente ad altre procedure di laboratorio, una diagnosi clinica definitiva non deve basarsi soltanto sull'esecuzione di un test, ma deve essere l'insieme di una serie di risultati clinici e di laboratorio. In caso di dubbio, ripetere il test e confrontarlo con altri metodi diagnostici.

Ultima revisione: may-2018
TXT-4039IT-01